

## PHILIPS MP 系列监护仪主机常见故障

- 黑屏，开机无任何反应；

交流指示灯不亮，一般是过压或过流损坏，比较容易处理；

黑屏（屏幕上无任何显示），无启动声音，故障灯亮，MCU 部分电路故障；

黑屏（屏幕上无任何显示），有启动声音；

黑屏，有开机 LOGO，有启动声音，之后屏幕再无任何显示；

反复重启；

花屏，有开机 LOGO，在程序加载时出现花屏；

不识别模块 M3001A；

反复识别 M3001A；

报“MSL 电源过载”；

报“MMS UNSUPPORT”。

